



2012000360S



检测
CNAS L0584

检 验 报 告

报告编号： Y2013123127

委托方： 南亚塑胶建材（广州）有限公司

生产单位： 同上

样品名称： PVC 医疗用粒料

型 号： /

检验类别： 委托检验



国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心

国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心

检验报告

报告编号: Y2013123127

共 2 页 第 2 页

检验依据	GB 15593-1995 《 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料》 及企业自定技术要求		样品批号	/	
规格型号	/		检验日期	2014-02-04~2014-04-18	
序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论
1	热原	4.3	应无热原反应	符合要求	符合
2	溶血, %		溶血率应小于 5	0	符合
3	急性全身毒性		应无急性全身毒性 (浸提介质: 生理盐水和植物油 (棉籽油))	符合要求	符合
4	细胞毒性		细胞毒性反应应不大于 1 级	1 级	符合
5	致敏		应无致敏反应 (浸提介质: 生理盐水和植物油 (棉籽油))	符合要求	符合
6	皮内反应		试验样品与溶剂对照平均记分之差应不大于 1.0 (浸提介质: 生理盐水)	0.0	符合
		试验样品与溶剂对照平均记分之差应不大于 1.0 (浸提介质: 植物油 (棉籽油))	0.0	符合	
备 注:					



复核人:

Handwritten signature

检测人:

J1-02 J1-10 J1-13 J1-14 J1-15 J1-18